



Lecteurs de glycémie

Tableau mis à jour le 12/10/2011

www.diamip.org

Firme	Lecteur	Bandelettes ou électrodes	Mémoires horodatées (+/-)	T° utilisation du lecteur Altitude (m)	Tps de lecture (s)	Technique Vol de sang (µL)	logiciel	autopiqueur	Lancettes (diamètre)
LIFESCAN N° Vert : 0800459459	Ultra Easy	One Touch Ultra 100 / boîte	500 HD+	6 à 44°C 3000m	5	Aspiration / capillarité 1µL	OUI	One Touch Confort	One Touch Confort 200 / boîte (0,20mn)
	One Touch Vita (no coding)	One Touch Ultra Vita 100 / boîte	350 HD+	6 à 44°C 3000m	5	Aspiration / capillarité 1µL	OUI	One Touch Confort	
	One Touch Verio Pro (no coding)	One Touch Verio 100 / boîte	750 HD+	6 à 44°C 3048m	5	Aspiration / capillarité 0,4µL	OUI	One Touch Confort	
ROCHE N° Vert : 0800272693	Accu-check Performa	Accu-check Performa 50 / boîte	500 HD+	6 à 44°C 7000m	5	Capillarité 0,6µL	OUI	ACCU-CHECK MULTICLIX 6 lancettes intégrées dans un barillet	Barrillet MULTICLIX 204 / boîte (0,30mn)
	Accu-check Performa Nano	Accu-check Performa 50 / boîte	500 HD+	6 à 44°C 7000m	5	Capillarité 0,6µL	OUI	ACCU-CHECK MULTICLIX (sites alternatifs)	Barrillet MULTICLIX
BAYER N° Vert : 0800342238	CONTOUR TS (no coding)	CONTOUR TS 50 / boîte	250 HD+	5 à 45°C 3000m	8	Aspiration / capillarité 0,6µL	OUI	Microlet 2 (sites alternatifs)	Microlet lancets 200 / boîte (0,62mn)
	Ascensia BREEZE2 (no coding)	Gluco Disc2 50 / boîte	420 HD +	10 à 40°C 3000m	5	Aspiration / capillarité 1 µL	OUI		
	Ascensia BRIO	Ascensia EASYFILL 50 / boîte (Puce de calibration)	10 HD -	14 à 40°C 3000m	10	Dépôt goutte et capillarité 3 µL	NON		

Lecteurs de glycémie

Tableau mis à jour le 12/10/2011

www.diamip.org

Firme	Lecteur (coût patient)	Bandelettes ou électrodes	Mémoires horodatées (+/-)	T° utilisation Altitude (m)	Tps de lecture (s)	Technique Vol de sang (µl)	logiciel	autopiqueur	Lancettes (diamètre)
MENARINI N° Vert : 0800102602	Glucifix MIO (no coding)	Glucifix Sensor 50 / boîte	400 HD +	5 à 45°C (mesures optimales 10 à 40°)	4s	Aspiration / capillarité 0,3 µL	OUI	Glucosject Dual (sites alternatifs)	GlucoJect Lancets 200 / boîte (0,315mm)
	Glucifix ID (no coding)	Glucifix ID Sensor 50 / boîte	250 HD +		7s	Aspiration / capillarité 0,5 µL	OUI		
DINNO-SANTE N° Vert : 0800697598	Kit Free test : lecteur Care Sens N	Care Sens N prêt gratuit sur 4 ans	250 HD+	10 à 40°	5s	Aspiration / Capillarité 0,5 µL	Oui	Vitrex compact	Lancettes Vitrex 200 / boîte - très fines (30G) - extra fines (32G)
	PAM 2.0 : lecteur Care Sens N + Tensiomètre poignet (microlife)								
	DUO : Kit (2 lecteurs) Bionime DUO GM100	Bandelettes Bionime DUO GS100	150 (10 derniers tests HD+)	10 à 40°	8s	Aspiration / capillarité 1,4 µL		GD500 Vibeless	Vitrex soft (30G)
NOVALAB 0146552929	Twist (no coding) !	True Result 50/boite	99 non HD	10 à 40°	5s	Aspiration / Capillarité 0,3 µL	NON	NON	NON
ARKRAY 0155030830	Glucocard X-METER	Glucocard X Sensor (codées)	360 HD+	10 à 40°	5s	Aspiration / Capillarité 0,3 µL		Multi Lancet Device	Multilet
EVOLU PHARM 0820207014	One code Reflex	One Code (code unique C11)	400 HD+	10 à 40°		Aspiration / Capillarité 0,7 µL	OUI	OUI (sites alternatifs)	30G
	One Code New Test Lecteur Parlant	One Code (code unique C11)	400 HD+	10 à 40°		Aspiration / Capillarité 0,7 µL	OUI	OUI (sites alternatifs)	30G
AXIMED 0472160101	Senso Card Plus Lecteur Parlant (code ACL: 4678667)	Senso Card 50 / boîte (puce de calibration) (code ACL : 4643396)	500 HD+	15 à 35°	5s	Aspiration / Capillarité 0,5 µL	OUI	Autolet Impression	Unilet Confort
SANOFI AVENTIS 0800105253	BG Star (no coding)	BG Star 50 / 100 boîte	1865 HD+ + indicateur repas si fonction activée	10 à 40° 3045m	6s	Aspiration / capillarité 0,5 µL	OUI	OUI	BG Star 28G / 33G
	IBG Star (no coding) Disponible début mai	BG Star 50 / 100 boîte	300 HD+ + indicateur repas si fonction activée	10 à 40° 3045m	6s	Aspiration / capillarité 0,5 µL	OUI iPhone iPod		

! Information concernant les lecteurs de glycémie ne devant pas être utilisés chez les patients en dialyse péritonéale avec Extraneal®
 Voir [recommandations de l'Afssaps](#)

Lecteurs de glycémie

Tableau mis à jour le 12/10/2011

www.diamip.org

Firme	Lecteur	Bandelettes ou électrodes	Mémoires horodatées (+/-)	T° utilisation du lecteur Altitude (m)	Tps de lecture (s)	Technique Vol de sang (µl)	logiciel	autopiqueur	Lancettes (diamètre)
ABBOTT MEDISENSE N° Vert : 0800101156	Optium Xceed nouveau sans calibration pour la glycémie	Freestyle Optium (mesure glycémie) sans calibration 100 / boîte (1) M optium β cétone (mesure acétone dans le sang) 8 / boîte (15€ ¹)	450 HD +	15 à 40°C 3200m	3	Aspiration et dépôt goutte 0,3 µL	OUI	Easy Touch	Medisense Thin Lancets 200 / boîte (0,36mn)
	Free Style Papillon Vision (no coding)	Free Style Papillon Easy 100 / boîte	400 HD+	5 à 40°C 3200m	3 à 5	Aspiration / capillarité 0,3 µL	OUI	Easy Touch	
	Free Style Papillon Lite (no coding)	Free Style Papillon Easy 100 / boîte	400 HD+	5 à 40°C 3200m	3 à 5	Aspiration / capillarité 0,3 µL	OUI	Easy Touch	
	Free Style Papillon InsuLinx (no coding)	Free Style Papillon Easy 100 / boîte	500 HD+	4 à 40°C 3048m	Non précisé	Aspiration / capillarité 0,3 µL	OUI	(sites alternatifs)	
YPSOMED 01 58 70 20 00 Déléguée : Maddy Boucari 0760373553	PURA	Bandelettes autocodées (pas de réglage à faire)	500 HD+	10 à 40°C	5	Capillarité 1µL	OUI	Softlance (sites alternatifs)	Compatible BD

⚠ Information concernant les lecteurs de glycémie ne devant pas être utilisés chez les patients en dialyse péritonéale avec Extraneal®
 Voir [recommandations de l'Afssaps](#)

¹ Remboursement des boîtes de β cétone seulement pour : femmes enceintes, enfants (jusqu'à 18 ans), porteurs de pompe à insuline